

## PROCESSO DE LICITAÇÃO COM ANÁLISE DE AMOSTRA: PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Telma Aparecida de Camargo<sup>1</sup>, Karina Alexandra Batista da Silva Freitas<sup>2</sup>, Andrezza Belluomini Castro<sup>3</sup>, Talita Oliveira Lima<sup>4</sup>,  
Lis Amanda Ramos Toso<sup>5</sup>, Priscila Nunes Rosa<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Enfermeira. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E-mail: t.camargo@unesp.br; <sup>2</sup>Enfermeira. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E-mail: k.freitas@unesp.br; <sup>3</sup>Enfermeira. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E-mail: andrezza.belluomini@unesp.br; <sup>4</sup>Enfermeira. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E-mail: talima.2111@gmail.com; <sup>5</sup>Enfermeira. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E-mail: lis.toso@unesp.br; <sup>6</sup>Enfermeira. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E-mail: priscila.n.rosa@unesp.br

**Introdução:** Os processos para aquisição de dispositivos médicos (DM) ocorrem na administração pública por meio de processos de licitação que consistem em procedimento administrativo pelo qual é selecionada a proposta mais vantajosa, seguindo as normas estabelecidas em legislação própria. O processo adequado de aquisição de DM visa assegurar que estejam de acordo com os padrões técnicos de qualidade para utilização, sendo a proposta mais vantajosa aquela que atenda os requisitos, diante da complexidade e especificidade de alguns itens. Essa avaliação é mais precisa quando existe a fase de amostra para testagem in loco do produto ofertado. **Objetivo:** Demonstrar a experiência da solicitação de amostra no processo de licitação. **Material e Método:** Relato de experiência demonstrando a solicitação de amostra no processo de licitação dos DM avaliados pela equipe técnica (ET) da Gerência de Materiais de um hospital público de nível terciário/quaternário localizado no interior do Estado de São Paulo, no período de agosto de 2022 a agosto de 2023. **Resultados:** Durante o processo de licitação, a ET ao elaborar o Termo de Referência (TR) definiu os itens que necessitavam de análise de amostra e a solicitaram somente para aqueles onde a avaliação por catálogo seria prejudicada. No período estudado foram solicitadas amostras para 25% do total dos DM licitados. As análises das amostras tinham por finalidade averiguar conformidade com as especificações técnicas descritas no edital e com as normas vigentes, se os itens selecionados apresentavam características próprias que dificultavam a análise apenas mediante catálogos ou se eram insumos utilizados em procedimentos de esterilização de materiais que necessitavam de validação nos equipamentos do parque tecnológico disponível. Outra característica para a solicitação de amostra é se o DM já foi notificado no Hospital Sentinela. As análises foram realizadas conforme critérios previamente estabelecidos descritos no TR. Foi observada que a análise de amostra tem pontos positivos e negativos. Como ponto positivo destacou-se a melhoria na qualidade dos DM avaliados possibilitando que a ET verifique as conexões, acionamento de dispositivos de segurança e outras características que não são possíveis analisarem somente por catálogos e como ponto negativo ficou evidenciada a demora na entrega da avaliação por algumas ET causando um atraso no processo de licitação, além da não entrega da amostra em prazo oportuno pelo licitante podendo ocasionar o fracasso do item no processo. **Conclusão:** A análise de amostra apresentou pontos positivos e negativos, sendo indispensável sua solicitação para alguns DM. **Contribuições para Enfermagem:** O enfermeiro é responsável pela avaliação direta de DM, devendo participar ativamente do processo de licitação.

**Descritores:** Proposta de Concorrência; Enfermagem; Gestão em Saúde.